



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kraków, 13-07-2011r.

UZUPEŁNIENIE do sprawy: DZ-E-TO-240-2-58/11
(zmywarka do szkła laboratoryjnego).

Oferty proszę przysłać do dnia 14.07.2011

Wymagania konstrukcyjne zmywarki do szkła laboratoryjnego:

- przyłączenie zimnej i ciepłej wody,
 - podłączenie prądu zmiennego,
 - elektryczna blokada drzwiczek,
 - łagodny rozruch dzięki możliwości regulacji prędkości obrotowej pompy obiegowej,
 - wolno stojąca. ładowana od przodu, z ukośną blendą i pokrywą górną,
 - obudowa: stal szlachetna ze stalową pokrywą górną,
 - komora zmywania z dwoma poziomami mycia,
- **kosze przystosowane do mycia:** kapilar do badania lepkości, zlewki od 100-1000 ml, kolb stożkowych od 100-1000ml, kolb okrągło dennych do 3000ml, drobnego szkła (probówek, naczynek, tygli)